

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

Số: 149/TB-BVYHCT
Về việc báo giá cung cấp máy
điện tim 6 kênh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc Hội 15;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế;

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để mua sắm máy điện tim 6 kênh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Địa chỉ: Số 01 Tuệ Tĩnh, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Ths. Trần Quốc Thịnh

- Chức vụ: Trưởng phòng vật tư thiết bị y tế

- Số điện thoại: 0968.151.456

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng vật tư thiết bị y tế, bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An; Số 01 Tuệ Tĩnh, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Nhận qua gmail: bvyhoccotruyennghedan@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 27 tháng 02 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 11 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 11 tháng 03 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Máy điện tim 6 kênh

+ Mô tả yêu cầu về thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan tại phụ lục 01 đính kèm.

+ Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Địa chỉ: Số 01 Tuệ Tĩnh, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

4. Mẫu báo giá tại phụ lục 02 đính kèm.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thông báo cho các đơn vị được biết.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lãnh đạo bệnh viện (để b/c)
- Lưu: VT, VTTBYT



Hồ Văn Thăng



PHỤ LỤC 01

Yêu cầu về thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan (kèm theo công văn số 118/TB-BVYHCT ngày 26 tháng 02 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện tim 6 kênh	<p>A. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy mới 100%- Năm sản xuất 2023 trở về sau- Đạt các tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương- Điều kiện môi trường hoạt động:<ul style="list-style-type: none">+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$+ Độ ẩm tối đa: $> 70\%$- Nguồn điện: 220V <p>B. Yêu cầu cấu hình</p> <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất tối thiểu bao gồm: Cáp điện tim: 01 bộ; Dây nguồn: 1 chiếc; Điện cực trước ngực: 6 quả; Điện cực chi: 4 cái; Ấc qui: 01 cái; Giấy in: 01 cuộn.</p> <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>1. Tính năng chung</p> <p>Màn hình LCD, màu tinh thể lỏng, hiển thị cùng lúc 12 đạo trình. Kích thước: > 5.7 inch.</p> <p>2. Thu nhận tín hiệu điện tim</p> <ul style="list-style-type: none">- Đạo trình điện tim: 12 đạo trình- Điện trở vào: $> 20\text{ M}\Omega$- Hệ số lọc nhiễu: $> 100\text{ dB}$- Tần số đáp ứng: ít nhất 0.05 Hz đến 150 Hz (-3 dB) <p>3. Xử lý tín hiệu</p> <ul style="list-style-type: none">- Tốc độ lấy mẫu phân tích: > 500 mẫu/giây- Tốc độ thu thập mẫu: > 8.000 mẫu/giây- Điện thế phát hiện nhỏ nhất: $\leq 20\ \mu\text{Vp-p}$ <p>D. Yêu cầu khác</p> <p>Bảo hành > 12 tháng, kể từ ngày bàn bàn giao đưa vào sử dụng.</p>	01	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
		Bảo trì miễn phí 6 tháng một lần trong vòng ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng.		



PHỤ LỤC 02

(Kèm theo công văn số 118 /TB-BVYHCT ngày 26 tháng 02 năm 2024)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, chúng tôi là....., có địa chỉ tại..... báo giá cung cấp máy điện tim 6 kênh như sau:

1. Báo giá máy điện tim 6 kênh

STT	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày kể từ ngày tháng năm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))